

**HEMOSTAT WIDECUP**

SCHEDA MOTIVAZIONE		
N° richiesta	Data richiesta	Richiedente
143	25/05/2020	UOC Gastroenterologia ed Endoscopia - AOUS
DM Richiesto (classe di rischio e prezzo unitario)	HEMOSTAT WIDECUP (modelli HS-D2618 e HS-D2622, codici prodotto 2N100-015 e 2N100-016 rispettivamente) Fabbricante: Pentax Medical Pinza bipolare monouso per elettrocoagulazione endoscopica Classe di rischio: IIb Prezzo unitario: 3.000 euro	
Pazienti candidati al trattamento	Pazienti pediatrici e adulti che presentano sanguinamenti di origine non varicosa durante l'esame endoscopico. Regioni anatomiche di utilizzo: faringe, esofago, stomaco, duodeno, intestino crasso, retto.	
Alternative terapeutiche	Elettrocoagulazione con pinza monopolare. Prodotti: -Coagrasper pinza coagulazione gastro monouso (fornitore: Olympus, cd n1086130, codice prodotto FD 410LR) -Coagrasper pinza coagulazione colon monouso (fornitore Olympus, cd n3046330, codice prodotto FD 411UR) Prezzo unitario: 388,57 euro	
Beneficio atteso (con indicazione degli specifici esiti/endpoint) supportato da evidenze	Non sono disponibili studi clinici che hanno valutato Hemostat Widecup. Tuttavia, la corrente bipolare consente di disperdere minore energia nel paziente e di ottenere una coagulazione immediata e con minor danno termico delle pareti gastrointestinali rispetto alla modalità monopolare (Schulman et al. 2019).	
Decisione	Le pinze bipolari rappresentano un'alternativa terapeutica alle pinze monopolari, pertanto, anche se ad oggi Hemostat Widecup non ha studi clinici a supporto del suo utilizzo, si esprime parere favorevole all'impiego di questo prodotto.	
Data di redazione della scheda	06/11/2020	
Data di revisione della scheda	-	
Note	-	



Bibliografia

-Schulman AR, Watson RR, Abu Dayyeh BK, Bhutani MS, Chandrasekhara V, Jirapinyo P, Krishnan K, Kumta NA, Melson J, Pannala R, Parsi MA, Trikudanathan G, Trindade AJ, Maple JT, Lichtenstein DR. Endoscopic devices and techniques for the management of bariatric surgical adverse events (with videos). *Gastrointest Endosc.* 2020 Sep;92(3):492-507. doi: 10.1016/j.gie.2020.04.002. Epub 2020 Aug 13. PMID: 32800313.

“Parere sfavorevole della Commissione HTA (riunione dell’11 Dicembre 2020)”