

Commissione regionale per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari
Estratto del verbale della riunione in remoto del 5 Dicembre 2022 (ore 10:15-11:30)

PUNTO N°	DESCRIZIONE	OGGETTO	DECISIONI DELLA COMMISSIONE	NOTE
1	Scheda HTA Griglie advanced (GEASS)	Valutazione della scheda HTA elaborata dal Centro Operativo	Il DM viene approvato. Nella motivazione dell'approvazione, viene omessa la considerazione riguardante la piccola numerosità della casistica da trattare e viene sottolineato il vantaggio della maggiore rigidità che questo DM assicura a differenza dei DM attualmente contrattualizzati e destinati alla stessa indicazione terapeutica. Il testo modificato delle conclusioni della Scheda riporta quanto segue: << <i>Il dispositivo richiesto non può essere ritenuto innovativo (in base alla definizione riportata in Delibera Regionale 737/2022), ma si configura per la sua caratteristica di rigidità che non è posseduta dai DM già contrattualizzati. Si esprime pertanto parere favorevole, poiché questo DM va a coprire un "unmet clinical need">>.</i>	Quantità annuale = 3
2	Scheda HTA HAART 300	Valutazione della scheda HTA elaborata dal Centro Operativo	Il DM viene approvato. Nella motivazione dell'approvazione, viene omessa la considerazione riguardante la piccola numerosità della casistica da trattare e viene sottolineato il vantaggio rappresentato dal fatto che questo DM consente una anuloplastica della valvola aortica per la quale non sono attualmente disponibili altri DM contrattualizzati. Il testo modificato delle conclusioni della Scheda riporta quanto segue: << <i>Il dispositivo richiesto non può essere ritenuto innovativo (in base alla definizione riportata in Delibera Regionale 737/2022) ma, trattandosi di un'opzione terapeutica che non risulta gestibile per mezzo di DM già contrattualizzati, si esprime parere favorevole. Infatti, il DM va a coprire un "unmet clinical need" poiché offre la possibilità di intervenire con approccio mininvasivo (se monovalvolare) o sternotomico (quando occorre correggere entrambe le insufficienze, aortica e mitralica).>></i>	Quantità annuale = 30