

## Commissione regionale per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari

### Estratto del verbale della riunione in remoto del 10 Luglio 2023 (ore 11.00-12.00)

PUNTO	NOME DEL DISPOSITIVO	OSPEDALE RICHIEDENTE (unità operativa)	DECISIONE DELLA CHTA	QUANTITA' ANNUALE
1	DERIVO PERIPHER EMBOLISATION DEVICE (scheda 285)	AOUC (Radiologia interventistica)  Richiesta integrazione di fabbisogno da parte della AOUS, ASLCE, ASLNO e ASLSE	Visto che non esistono studi clinici sull'efficacia e sulla sicurezza di Derivo Peripher Embolisation Device, la CHTA approva il dispositivo a condizione che sia utilizzato nell'ambito di uno studio clinico. Derivo sarà reso disponibile solo dopo l'approvazione dello studio da parte del comitato etico. Se nel frattempo dovessero emergere delle evidenze a supporto di questo prodotto, la CHTA si riserva la facoltà di rivalutare la decisione presa.	N=18 (AOUC) N=8 (AOUS) N=5 (ASLCE) N= 20 (ASLNO) N= 10 (ASLSE)
2	ROTAREX S (scheda 284)	AOUC (Radiologia vascolare ed interventistica)  Richiesta integrazione di fabbisogno da parte della AOUS, ASLCE, ASLNO e ASLSE	La decisione riguardo a Rotarex S viene rimandata alla prossima riunione. Serve verificare la data di commercializzazione per capire se il prodotto poteva essere offerto in gara e valutare come si collocano delle eventuali linee guida rispetto alla tempistica della futura gara.	-
3	TACK ENDOVASCULAR SYSTEM (scheda 278)	ASLCE (Dipartimento chirurgico)	La CHTA approva il parere (favorevole all'acquisto) formulato dal Centro Operativo.	N=10
4	VULNOFAST+VULNOLIGHT (scheda 235)	ASLCE, ASLNO, ASLSE, AOUC	La CHTA approva il parere (favorevole all'acquisto) formulato dal Centro Operativo.	N=16 (ASLCE) N=160 (ASLNO) N=300 (ASLSE) N=300 (AOUC)
5	EMOLED (scheda 277)	ASLCE (varie strutture)	La CHTA approva l'acquisto di Emoled riservandolo alle strutture che fanno almeno 151 visite per anno dato che la valutazione economica riportata nella scheda stima che il costo annuo incrementale di Emoled viene assorbito totalmente in 151 visite, equivalenti al trattamento di circa 8/9 pazienti. La scheda su Emoled potrà essere pubblicata sul sito web della regione Toscana come tutte le altre schede.	N=da definire
6	Report spesa in dispositivi medici, anno 2022		La CHTA approva la pubblicazione del report.	
7	Richieste di audizione		La ditta che ha fatto richiesta di audizione alla commissione sarà audita nel corso della prossima riunione della CHTA.	
8	Tabella supplementare		Approvata	

Addendum del 30 agosto 2023 alla riunione della CHTA del 10 luglio 2023: le 4 schede HTA riguardanti i dispositivi Vulnofast, Emoled, Tack e Derivo approvate nella riunione della CHTA del 10 Luglio 2023 vengono integrate con la traduzione letterale del testo della scheda dalla lingua italiana alla lingua inglese.