

## Commissione per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari (CHTA)

Estratto del verbale della riunione in remoto del 5 Febbraio 2024

PUNTO	ARGOMENTO	USL/AOU RICHIEDENTE (unità operativa)	DECISIONE DELLA CHTA	QUANTITA' ANNUALE
1	Scheda HTA 292 Fix-Nip	USL Centro, ospedale San Jacopo (Chirurgia Senologica)	La protesi Fix-Nip potrebbe potenzialmente coprire un bisogno terapeutico non soddisfatto, ma al fine dell'impiego sono necessarie informazioni sulla sicurezza che ad oggi non sono disponibili. La CHTA approva pertanto il parere sfavorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo.	-
2	Scheda HTA 301 Intellis Surescan MRI	AOUS (Terapia antalgica)	La CHTA approva il parere sfavorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo. Intellis Surescan MRI non potrà essere acquistato neanche per casi singoli a meno che non sia richiesto per continuità terapeutica.	-
3	Scheda HTA 309 Farawave	AOUP, AOUC, FTGM	La CHTA non approva l'acquisto di Farawave in quanto le condizioni dell'offerta economica da parte della ditta prefigurano un condizionamento del clinico nell'utilizzo di questa tecnologia.	-
Varie ed eventuali	Scheda HTA 212 Tyrx	Tutte le USL/AOU	Riguardo al prezzo del device, la CHTA conferma la decisione presa nella riunione del 13/03/2023; tale decisione prevede che il prezzo massimo unitario sostenibile per il SSR è di 621 euro (vedi sezione "Decisione della Commissione per la valutazione delle tecnologie (C-HTA)" al termine della scheda, link: <a href="http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5318731&amp;nomeFile=Decreto_n.2472_del_10-02-2022-Allegato-3">http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5318731&amp;nomeFile=Decreto_n.2472_del_10-02-2022-Allegato-3</a> )	N=960
	Tabella supplementare		Approvata	