

Commissione per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari (CHTA)

Estratto del verbale della riunione in remoto dell'11 Marzo 2024 (ore 11.30-12.30)

PUNTO	ARGOMENTO	USL/AOU RICHIEDENTE (unità operativa)	DECISIONE DELLA CHTA	QUANTITA' ANNUALE
1	Scheda HTA 289 Urolift	AOUC (Urologia)	Sentito anche il parere dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico, la CHTA approva l'acquisto di Urolift.	140 pezzi
2	Scheda HTA 299 Cardioband tricuspid	Fondazione Monasterio (Cardiologia interventistica)	La CHTA approva il parere favorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo.	7 pezzi
3	Scheda HTA 239 Motiva Ergonomix	AOUP, AOUS, USL Toscana Nord-Ovest (Senologia)	La CHTA non approva il parere favorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo. La motivazione della non approvazione è rappresentata dalla non sufficiente documentazione a supporto dei potenziali benefici derivanti dall'impiego di Motiva Ergonomix. In particolare, la ridotta risposta infiammatoria e conseguente minore incidenza di contrazione capsulare e di linfoma anaplastico a grandi cellule è supportata, ad oggi, solo da studi in vitro, mentre per quanto riguarda la possibilità di non eseguire la simmetrizzazione controlaterale non c'è alcun tipo di documento citabile.	-
4	Scheda HTA 310 Optilume	AOUC (Chirurgia urologica robotica)	La CHTA approva il parere favorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo.	10
	Tabella supplementare		Approvata	