

Commissione per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari (CHTA)

Estratto del verbale della riunione in remoto dell'8 Aprile 2024 (ore 09.30-11.30)

PUNTO	ARGOMENTO	USL/AOU RICHIEDENTE	DECISIONE DELLA CHTA	QUANTITA' ANNUALE
1	Scheda HTA 305 Cardiomems HF	Ospedale di Grosseto Fondazione Monasterio	La CHTA evidenzia due criticità riguardo a Cardiomems HF (sistema per il monitoraggio wireless dello scompenso cardiaco): 1. carenza di dati di esito a lungo termine; fra questi c'è in particolare la riduzione delle ospedalizzazioni su cui si basa il reale beneficio clinico di questo sistema di monitoraggio; 2. sproporzione tra i dati reali e i dati simulati la quale inficia il profilo di costo-efficacia che le varie analisi pubblicate riportano favorevole. Sulla base di queste considerazioni la CHTA non approva l'utilizzo di Cardiomems HF. Tale decisione potrà essere rivista in caso di proposta di un contratto economicamente meno oneroso.	-
2	Scheda HTA 309 Farawave (aggiornamento)	AOUC AOUP Fondazione Monasterio	La CHTA approva il parere favorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo. Al Centro Operativo viene chiesto di mettere a disposizione del Collegio Tecnico di gara un documento evidenziale finalizzato a riportare la letteratura clinica a supporto dei tre sistemi a campo pulsato (Farawave, Pulseselect, Varipulse) ad oggi in commercio.	AOUC: 50 pezzi AOUP: 50 pezzi FTGM: 50 pezzi
3	-Scheda HTA 235 Vulnofast+Vulnolight	Varie USL/AOU	Approvato il nuovo dosaggio da 1ml (ref. TH004B-20) che sostituisce il dosaggio da 2ml (ref. TH004A-20) per interruzione alla commercializzazione di quest'ultimo. Il prezzo è stato ridotto da 90 euro a fiala a 70 euro a fiala.	Già definita in precedenza
4	-Scheda HTA 212 Tyrx	Varie USL/AOU	La CHTA non approva la nuova offerta	-

			economica della Trx Italy dal momento che questa non apporta un cambiamento significativo alla condizione contrattuale attuale. L'argomento degli involucri antibatterici, per la riduzione delle infezioni in pazienti sottoposti ad impianto di pace-maker o defibrillatori, sarà rivalutato non appena sarà disponibile la scheda HTA su Tauropace, dispositivo analogo al Tyrx.	
5	-Scheda HTA 315 Neovasc Reducer	FTGM	La CHTA approva il parere favorevole all'acquisto formulato dal Centro Operativo.	5
6	Tabella supplementare	-	Approvata	-