

Commissione per la valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari (CHTA)

Estratto del verbale della riunione in remoto del 21 ottobre 2024 (ore 10.30-11.30)

PUNTO	ARGOMENTO	USL/AOU RICHIEDENTE	DECISIONE DELLA CHTA	QUANTITA' ANNUALE
1	Scheda HTA 318 Propel Contour Implant	AOUC	La CHTA approva il parere del Centro Operativo comprese le specifiche condizioni contrattuali.	AOUC: 10 pezzi
2	Scheda HTA 322 Mitris Resilia	AOUC	Sulla base dei recenti risultati del trial COMMENCE per la coorte aortica con follow-up a 7 anni appare probabile un aumento della durabilità della valvola Mitris Resilia rispetto alle altre valvole biologiche già in commercio; questa caratteristica rende tale valvola una importante alternativa per il trattamento dei pazienti giovani. La CHTA approva l'acquisto temporaneo (1 anno) di Mitris Resilia; Mitris Resilia sarà poi rivalutata per verificare la disponibilità di nuove evidenze che possano aver confermato la potenzialità (aumento della durability) di questa valvola.	AOUC: 30 pezzi FTGM: 25 pezzi
3	Scheda HTA 315 SING IMT telescopio miniaturizzato	USLCE	La CHTA approva il parere del Centro Operativo comprese le specifiche condizioni contrattuali.	USLCE: 5
4	Scheda HTA 325 Defibrillatore Aurora	AOUS	La CHTA approva il parere (favorevole) del Centro Operativo.	AOUS: 5 AOUP: 5 FTGM: 4
5	Scheda HTA 323 Axiostat	AOUS	La CHTA approva il parere (sfavorevole) del Centro Operativo.	-
6	Valutazione offerta prezzo Tyrx	Varie	La CHTA approva l'offerta economica di TRX Italy (950 euro per la misura media e 1.090 euro con sconto merce del 10% per la misura grande) in quanto non è superiore al prezzo massimo value-based di 990 euro (vedi verbale del 15-07-2024, decreto n.16951 del 22-07-2024).	-
7	Valutazione offerta prezzo Tauropace	Varie	La ditta ha offerto un prezzo unitario di 240 euro (rispetto al prezzo unitario di 200 euro riportato nella scheda di HTA come	-

			da decreto n.16951 del 22-07-2024) che è largamente inferiore al prezzo costo-efficace. La CHTA approva l'offerta economica.	
8	Valutazione offerta prezzo ER-REBOA	-	La CHTA non ha elementi per valutare se il nuovo prezzo indicato dalla ditta (3.800 euro) è congruo (costo-efficace) rispetto a quello precedente (3.156 euro). La CHTA evita pertanto di esprimersi su questo punto.	-
9	Tabella supplementare	-	Approvata	-